Fundação Adib Jatene

CONTATO COMERCIAL
Telefone: (11) 5572-2017
(11) 5085-6841
E-mail: vendas@fajbio.com.br

Descritivo Técnico

TUBO TRAQUEAL EM T



Os tubos traqueais são produtos desenvolvidos para abertura da luz da traqueia, mantendo a via aérea adequada, dando suporte à traqueia estenótica que foi reconstituída ou reconstruída.

Registro ANVISA: 10264470028
Classificação Fiscal: 90.21.90.19

INDICAÇÃO DE USO

Os tubos traqueais são indicados para:

- Estenose traqueal;
- Ressecção Traqueal;
- Anastomoses termino-terminal;
- Reconstrução de traqueia;
- Traumatismo laringotraqueal.

Os tubos traqueais são destinados para implante em ambiente hospitalar, respeitando as técnicas de assepsia e devem der realizados por um médico-cirurgião capacitado e familiarizado com a técnica de implante, por um período temporário de até 29 dias. Caso seja necessário prolongar o tratamento, o médico -cirurgião deverá substituir o tubo traqueal por um novo.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Confeccionados em silicone grau médico é composto por:

- **Tubo Traqueal em "T"**:

Tem a finalidade de manter as vias aéreas superiores abertas.



- **Anel de Fixação**:

Tem a finalidade de garantir a imobilidade e a segurança do Tubo Traqueal em "T" durante seu uso.

- **Tampa de Silicone**:

Quando inserido no Tubo Traqueal em "T", tem a finalidade de impedir a entrada de impurezas na traqueia do paciente e manter a região úmida com secreção, favorecendo o processo fisiológico de respiração.

MODO DE USO

O tubo traqueal deve ser implantado por um médico-cirurgião em um ambiente hospitalar, geralmente na sala de cirurgia, e durante a anestesia geral que se efetuou para a reparação da traqueia, mas também pode ser realizado com anestesia local.

LIMITAÇÃO DE USO

Os tubos traqueais são contraindicados para uso em pacientes que estão em uso de ventilação mecânica e/ou apresentem rejeição ao uso de silicone.

PRAZO DE VALIDADE

Os tubos traqueais possuem validade de 03 (três) anos a partir da data de fabricação, desde que armazenado de acordo com as condições de armazenamento descritas na instrução de uso.

O produto é fornecido NÃO estéril, podendo ser esterilizado em autoclave ou peróxido de hidrogênio.

DIMENSIONAIS

Fundação Adib Jatene

Os tubos traqueais possuem 5 (cinco) modelos com diferentes diâmetros: TT-16, TT-14, TT-12, TT-10 e TT-08. Os tubos traqueais são fabricados com extensões excedentes às dimensões normais do complexo laringotraqueal, tendo como finalidade propiciar ao cirurgião a possibilidade de ajustar o comprimento, de acordo com as dimensões necessárias para cada paciente.



CÓDIGO E DIMENSÕES (mm)					
CÓDIGO DO PRODUTO	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
PRD0400010 (Infantil 8)	Ø 08	33	Ø 07	37	61
PRD0400020 (Médio 10)	Ø 10	42	Ø 09	45	77
PRD0400030 (Adulto 12)	Ø 12	49	Ø 10	60	105
PRD0400040 (Adulto 14)	Ø 14	60	Ø 10	60	105
PRD0400050 (Adulto 16)	Ø 16	60	Ø 10	60	105

Responsáveis Técnicos:
Engenheiro: Reinaldo Yukio Akikubo - C.R.E.A.: 060095694-3
Biomédica: Emi Sá Teles - CRBM-SP: 10745

Av. Dr. Dante Pazzanese, 500 - Ibirapuera - São Paulo, SP - CEP 04012-180
PABX: (11) 5085-6009 / 5572-9608

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Ramal: 218 - E-mail: biotecnica@fajbio.com.br

SAC
Ramal: 210 - E-mail: sac@fajbio.com.br