

COMUNICADO Nº: 01

ESCLARECIMENTO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020

A FUNDAÇÃO ADIB JATENE, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, legalmente reconhecida como entidade filantrópica, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 53.725.560/0001-70 e Inscrição Estadual nº. 111.915.637.113, com sede à Avenida Dr. Dante Pazzanese, nº. 500 – Ibirapuera – São Paulo/SP, CEP 04012-180, torna público, para conhecimento dos interessados, a realização do Edital de Chamamento Público Nº 001/2020 - cujo objeto trata da aquisição de Camas Hospitalares Elétricas, considerando o recebimento de pedido de esclarecimentos quanto a especificação técnica, após análise, a Comissão Técnica Julgadora, **esclarece aos interessados que:**

PERGUNTA DO INTERESSADO:

Diante da especificação do edital questiona-se: A norma ABNT NBRIEC 60601-2-52:2013 exige que as grades tenham altura média acima do colchão de 220 mm em toda a extensão do leito. Não existe como fazer uma cama certificada com grades e cabeceira com altura do colchão.

Base revestida em material termoplástico é característica estética de cada produto. Poderá ser apresentado cama sem esta base?

ESCLARECIMENTO DA COMISSÃO TÉCNICA:

No que diz respeito a norma ABNT NBRIEC 60601-2-52:2013, informamos que serão admitidas camas com cabeceiras e peseiras; com altura mínima de 22cm acima do colchão;

Foi solicitada base revestida em material termoplástico por motivo de assepsia, portanto não é aceitável revestimento de outro material;

PERGUNTA DO INTERESSADO:

Camas atualmente tem grades em cabeceiras fabricadas em Polietileno de alta densidade soprado e não mais em aço inox ou poliuretano. Sendo assim poderá ser aceito cama com as grades em polietileno de alta densidade soprado?

ESCLARECIMENTO DA COMISSÃO TÉCNICA:

Finalmente para concluir serão aceitas grades, cabeceiras e peseiras fabricadas em Polietileno de alta densidade soprado.

São Paulo, 10 de Setembro de 2020.

